# Labgids Medische Microbiologie

Stichting Groene Hart Ziekenhuis

Documentcode: MMB-ALG-WV-275-BY04

Versie: 15

Geldig vanaf: 16-07-2025

Groene Hart Ziekenhuis
Open voor iedereen

## Introductie
Voor u ligt de labgids met de bepalingen die uitgevoerd worden op het laboratorium van de medische microbiologie (MMB) van het Groene Hart Ziekenhuis.

Zie de materialen kaart MMB hieronder voor toelichting op het afnamemateriaal. Deze materialen kunnen worden besteld middels de bestellijst.

Gebruik ''Ctrl + F'' voor de zoekfunctie. Hiermee kunnen bepalingen gevonden worden aan de hand van zoekwoorden.

## Algemeen
Werkdagen: maandag tot en met vrijdag 8.00-17.00 (uitgezonderd feestdagen).
Klinische materialen worden dagelijks verwerkt (binnen 24 uur).

De vermelde doorlooptijden zijn indicaties. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Bij vragen over afname of specifieke onderzoeken altijd vóór afname eerst 0182-505070 bellen voor overleg.

## CITO
Bij CITO en bijzondere aanvragen (o.a. Malaria en prikaccidenten) graag bellen met de dienstdoende arts-microbioloog;
- Op werkdagen tijdens kantooruren: 0182-505080
- Buiten reguliere kantooruren, via de centrale: 0182-505050

## Veiligheid
Alle patiënten materialen dienen als potentieel besmettelijk beschouwd te worden.

## Verpak en verzend instructies
- Voorzie het in te zenden materiaal van patiëntgegevens en vul het aanvraagformulier in. (Voor invulinstructies; klik hier).
- Voorzie het aanvraagformulier en/of het in te zenden materiaal van de afnamedatum
- Verpak het in te zenden materiaal in een safety-bag voorzien van voldoende adsorptiemateriaal. Plaats het aanvraagformulier in de buidel van de safety-bag. Materiaal dat niet lekvrij is verpakt kan niet worden geaccepteerd.
- Verstuur het materiaal met de GHZ logistiek of geef deze af op een van de afgiftepunten.

Materialen die langer onderweg zijn dan gestelde bewaartermijnen kunnen niet in behandeling genomen worden voor onderzoek.

## Materialenkaart

### Steriele potjes

1) Rode deksel

2) Witte deksel

3) Urinepotje

4) fecespotje, lepel

**∑-transwab** (wattenstok in medium laten zitten)

5) Paarse dop

6) Oranje dop

7) Rode dop, VTM

### Steriele buizen

8) Liquorbuis


9) Boorzuurbuis

10) Stolbuis, geel

11) EDTA buis, paars

**Bloedkweken**


12) Aerobe fles

13) Anaerobe fles

14) PediBact fles


15) TB-kweek fles

**Objectglaasjes**

16) Objectglas

17) Preparaatdoos

**Overig**

19) CAPD zak

20) Spuit, afgedopt

| Acanthamoeba PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA-PCR |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Protozoa, vrijlevende amoebe |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Ooguitstrijk |
| Afnamemateriaal | (6) ∑-transwab met oranje dop, wattenstok in medium laten zitten |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.PAR.06 |
| Uitvoerend laboratorium | Erasmus MC Afd. Medische Microbiologie en Infectieziekten (M132) |

| Actinomyceskweek | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | Intrauterine device |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Kaakabces, IUD |
| Afnamemateriaal | (2) Steriel potje, witte deksel OF (20) Spuit, afgedopt (zonder naald!) OF (5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten (kaakabces)<br>(1) Steriel potje, rode deksel (IUD) |
| Hoeveelheid | 2-25 ml (abces) |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | De Actinomyceskweek wordt samen met de Nocardiakweek uitgevoerd. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | Onderzoek standaard uitgevoerd bij kweek kaakabces en kweek IUD. Bij overige materialen specifieke aanvraag vereist. Vb. Bronchusspoelsel, sputum, punctaat. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.08, MM.BRS.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Adenovirus PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Respiratoire infectie, conjunctivitis, diarree, cystitis, encefalitis |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Ooguitstrijk |
| Afnamemateriaal | (6) ∑-transwab met oranje dop, wattenstok in medium laten zitten |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | Als onderdeel van HSV/VZV/adenovirus PCR |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Adenovirus PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Respiratoire infectie, conjunctivitis, diarree, cystitis, encefalitis |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Feces |
| Afnamemateriaal | (4) Fecespotje, rode deksel, lepel |
| Hoeveelheid | Potje max 3/4 gevuld |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | Als onderdeel van Feces viraal PCR (met norovirus RNA, adenovirus DNA, rotavirus RNA, astrovirus RNA, sapovirus RNA) |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Adenovirus PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Respiratoire infectie, conjunctivitis, diarree, cystitis, encefalitis |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Bronchus, Keel- en/of nasopharynxuitstrijk, sputum |
| Afnamemateriaal | (2) Steriel potje, witte deksel (bronchus)<br>(1) Steriel potje, rode deksel (sputum)<br>(5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten (keel)<br>(7) Buis met VTM en 2x losse swab, wattenstok in medium laten zitten (nasopharynx en keel) |
| Hoeveelheid | 2-25 ml bronchus, 2-50 ml sputum |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | Als onderdeel van Respiratoir viraal PCR (met Influenzavirus A en B RNA, Hum. metapneumavirus RNA, RSV A en B RNA, Rhinovirus RNA, Adenovirus DNA, Coronavirus NL63/OC43/229E RNA, Enterovirus RNA, Bocavirus DNA, Para-influenzavirus 1,2,3,4 RNA) |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Aeromonas kweek | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Feces |
| Afnamemateriaal | (4) Fecespotje, rode deksel, lepel |
| Hoeveelheid | Potje max 3/4 gevuld |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur. |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 2-5 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | Bij klinische indicatie. |
| Scope element | MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.08, MM.BRS.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Anti DNAseB/ ASO antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | Antistoffen |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Groep A Streptokokken, Streptococcus pyogenes |
| Methode | Geautomatiseerd |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | 2x per week |
| Doorlooptijd | 3-5 dagen |
| Eenheid | U/ml |
| Interpretatie | Neg <400 Pos >400 |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet bekend |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | Niet aangetoond |
| Opmerkingen | Technische uitvoering door KCL (M057) |
| Scope element | MM.BID.13 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Ascaris antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Spoelworm |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.13 |
| Uitvoerend laboratorium | RIVM Centrum IDS Afd. Medische Microbiologie (M288) |

| Aspergenius PCR | |
|---|---|
| Bepaling | RNA, resistentiebepaling |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Aspergillus |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Bronchus |
| Afnamemateriaal | (2) Steriel potje, witte deksel |
| Hoeveelheid | 2-25 ml |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | Alleen i.o.m. arts-microbioloog |
| Scope element | MM.MID.09, MM.MRS.07 |
| Uitvoerend laboratorium | Erasmus MC Afd. Medische Microbiologie en Infectieziekten (M132) |

| Astrovirus PCR | |
|---|---|
| Bepaling | RNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Gastro-enteritis |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Feces |
| Afnamemateriaal | (4) Fecespotje, rode deksel, lepel |
| Hoeveelheid | Potje max 3/4 gevuld |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | Als onderdeel van Feces viraal PCR (met norovirus RNA, adenovirus DNA, rotavirus RNA, astrovirus RNA, sapovirus RNA) |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Bacteriele darmpathogenen PCR | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Salmonella spp, Shigella / Enteroinvasive E. coli (EIEC), Yersina enterocolitica, Campylobacter (jejuni en coli), Plesiomonas shigelloides, Enterotoxigenic E. coli (ETEC), Shiga toxin-producing E. coli stx1/stx2 (STEC) |
| Methode | Geautomatiseerd |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Feces |
| Afnamemateriaal | (4) Fecespotje, rode deksel, lepel |
| Hoeveelheid | Potje max 3/4 gevuld |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 5 dagen |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 0-7 dagen |
| Eenheid | Kwalitatief |
| Interpretatie | N.v.t. |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Vagisil, Glijmiddel, Nystatin creme en Hydrocortisone Cream |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Geen kruisreactie met gerelateerde en/of vaker voorkomende organismen in feces materiaal (bacterien, virussen, parasieten en gisten) |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | Bij positief resultaat wordt aanvullend een kweek en resistentiebepaling uitgevoerd. STEC op indicatie aspect bloederig |
| Scope element | MM.BID.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Bacteriele PCR IS-pro | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | 16S-23S interspace (IS) regio |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Orthopedisch materiaal, punctaat, weefsel |
| Afnamemateriaal | (1) Steriel potje, rode deksel (orthopedisch materiaal, weefsel)<br>(2) Steriel potje, witte deksel OF (20) Spuit, afgedopt zonder naald (punctaat) |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | Competentieverklaring |
| Uitvoerend laboratorium | Academisch Medisch Centrum Afd. Medische Microbiologie (M178) |

| Bacteriestam 16S en/of typering | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Vervolgonderzoek |
| Materiaal | Isolaat |
| Afnamemateriaal | N.v.t. |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | N.v.t. |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | Competentieverklaring |
| Uitvoerend laboratorium | Academisch Medisch Centrum Afd. Medische Microbiologie (M178) |

| Banale kweek abces/drainvocht | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Abces, drainvocht |
| Afnamemateriaal | (2) Steriel potje, witte deksel OF<br>(20) spuit, afgedopt zonder naald OF<br>(5) ∑-transwab paarse dop, wattenstok in medium laten zitten<br>(Geen gram en/of TBC kweek mogelijk) |
| Hoeveelheid | 2-25 ml |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 2-5 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.01, MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.07, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Banale kweek ascites/buikvocht | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Ascites/buikvocht |
| Afnamemateriaal | (2) Steriel potje, witte deksel |
| Hoeveelheid | 2-25 ml |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 2-5 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.01, MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.07, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Banale kweek bacteriële darmpathogenen | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | Salmonella spp, Shigella / Enteroinvasive E. coli (EIEC), Yersina enterocolitica, Campylobacter (jejuni en coli), Plesiomonas shigelloides |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Secundair onderzoek |
| Materiaal | Feces |
| Afnamemateriaal | (4) Fecespotje, rode deksel, lepel |
| Hoeveelheid | Potje max 3/4 gevuld |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 5 dagen |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 5-7 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.01, MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.07, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05, MM.BTP.01 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Banale kweek beenmerg | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | beenmerg |
| Afnamemateriaal | (14) bloedkweek pediBact |
| Hoeveelheid | 1x 4ml |
| Bewaarcondities | 15-25 °C, max 16 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | Tot 5 dagen (positieve kweken worden doorgebeld) |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.07, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Banale kweek biopt | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Biopt |
| Afnamemateriaal | (1) Steriel potje, rode deksel, met steriel fysiologisch zout (niet in een gaasje!) |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 2-5 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.01, MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.07, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Banale kweek blaasjesvocht | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Blaasjesvocht |
| Afnamemateriaal | (2) Steriel potje, witte deksel |
| Hoeveelheid | 2-25 ml |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 2-5 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.01, MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.07, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Banale kweek bloed | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Bloed |
| Afnamemateriaal | (12,13) Bloedkweek set: Groen is aeroob. Oranje is anaeroob.<br>(14) bloedkweek pediBact (voor kleine kinderen). |
| Hoeveelheid | 2x10 ml. PediBact: 1x 4ml |
| Bewaarcondities | 15-25 °C, max 16 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | Tot 5 dagen (positieve kweken worden doorgebeld) |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.07, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Banale kweek bot | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Bot |
| Afnamemateriaal | (1) Steriel potje, rode deksel |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 2-5 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.01, MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.07, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Banale kweek CAPD | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | CAPD vloeistof |
| Afnamemateriaal | (19) CAPD zak, goed afsluiten |
| Hoeveelheid | 1x |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.01, MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.07, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Banale kweek gal | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Gal |
| Afnamemateriaal | (2) Steriel potje, witte deksel |
| Hoeveelheid | 2-25 ml |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 2-5 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.01, MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.07, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Banale kweek genitaliën | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | ♀ cervix, vagina, urethra, anus<br>♂ penis, urethra, anus |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Genitaaluitstrijk |
| Afnamemateriaal | (5) ∑-transwab met paarse dop OF<br>(6) ∑-transwab met oranje dop met dunne flexibele wat, wattenstok in medium laten zitten. |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 2-5 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.07, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Banale kweek gewrichtsvocht | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Gewrichtsvocht |
| Afnamemateriaal | (2) Steriel potje, witte deksel OF<br>(20) Spuit, afgedopt (geen naald!) |
| Hoeveelheid | 2-25 ml |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 2-5 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.01, MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.07, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Banale kweek IUD | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | Intrauterine device |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | IUD |
| Afnamemateriaal | (1) Steriel potje, rode deksel |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 2-5 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.07, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Banale kweek katheter-/draintips | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Cathetertip |
| Afnamemateriaal | (2) Steriel potje, witte deksel |
| Hoeveelheid | 5 cm van de tip |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 2-5 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.01, MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.07, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Banale kweek keel | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Keeluitstrijk |
| Afnamemateriaal | (5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 2-5 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | Alleen hemolytische streptokokken bij niet-neonaten |
| Scope element | MM.BID.01, MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.07, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Banale kweek liquor | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Liquor |
| Afnamemateriaal | (8) Steriele Liquorbuis |
| Hoeveelheid | 0,5-10 ml |
| Bewaarcondities | 35 ± 2 °C, max 15 uur. Rechtop bewaren en vervoeren. |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 4-6 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.01, MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.07, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Banale kweek lochiavocht/placenta/vruchtwater | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Lochiavocht, placenta, vruchtwater |
| Afnamemateriaal | (1) Steriel potje, rode deksel |
| Hoeveelheid | 2-25 ml |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 2-5 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.01, MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.07, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Banale kweek luchtwegen | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Bronchus, sputum |
| Afnamemateriaal | (2) Steriel potje, witte deksel (bronchus)<br>(1) Steriel potje, rode deksel (sputum) |
| Hoeveelheid | 2-50 ml |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 2-5 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.01, MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.07, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Banale kweek nagel | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Nagels |
| Afnamemateriaal | (1) Steriel potje, rode deksel |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 15-25 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 2-5 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.07, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Banale kweek oog | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Ooguitstrijk, oogschraapsel |
| Afnamemateriaal | (6) ∑-transwab met oranje dop met dunne flexibele wat, wattenstok in medium laten zitten |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 2-5 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.07, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Banale kweek oor | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Ooruitstrijk |
| Afnamemateriaal | (6) ∑-transwab met oranje dop met dunne flexibele wat, wattenstok in medium laten zitten |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 2-5 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.07, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Banale kweek orthopedisch materiaal | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Orthopedisch materiaal |
| Afnamemateriaal | (1) Steriel potje, rode deksel |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.01, MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.07, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Banale kweek Pericardvocht | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Pericardvocht |
| Afnamemateriaal | (2) Steriel potje, witte deksel |
| Hoeveelheid | 2-25 ml |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 2-5 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.01, MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.07, MM.BID.08, MM.BRS.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Banale kweek pleuravocht | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Pleuravocht |
| Afnamemateriaal | (2) Steriel potje, witte deksel<br>(12,13,14) Bloedkweekfles, aeroob, anaeroob of pediBact |
| Hoeveelheid | 2-25 ml |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 2-5 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.01, MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.07, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Banale kweek punctaat | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Punctaat |
| Afnamemateriaal | (2) Steriel potje, witte deksel OF<br>(20) Spuit, afgedopt zonder naald OF<br>(5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten<br>(Geen gram en TBC kweek mogelijk) |
| Hoeveelheid | 2-25 ml |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 2-5 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.01, MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.07, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Banale kweek pus | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Pus |
| Afnamemateriaal | (2) Steriel potje, witte deksel |
| Hoeveelheid | 2-25 ml |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 2-5 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.01, MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.07, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Banale kweek semen | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Semen |
| Afnamemateriaal | (1) Steriel potje, rode deksel |
| Hoeveelheid | Gehele lozing |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 2-5 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.01, MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.07, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Banale kweek urine | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | urinekweek |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Urine |
| Afnamemateriaal | (9) Boorzuurbuis (olijfgroen) |
| Hoeveelheid | Zie afname instructies |
| Bewaarcondities | max 72 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.07, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Banale kweek weefsel | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Weefsel |
| Afnamemateriaal | (1) Steriel potje, rode deksel |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 2-5 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.01, MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.07, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Banale kweek wond/huid | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Huid, wond |
| Afnamemateriaal | (5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 2-5 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | Er wordt onderscheid gemaakt in diepe-, oppervlakkige- en bijtwonden. |
| Scope element | MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.07, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Bloed- en weefselparasieten | |
|---|---|
| Bepaling | Microscopie |
| Specialisme | Parasitologie |
| Zoekwoorden | malaria, babesia, leishmania |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | |
| Afnamemateriaal | |
| Hoeveelheid | |
| Bewaarcondities | |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 2-7 dagen, |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.PAR.02 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Bloedkweek isolaten typering | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Vervolgonderzoek |
| Materiaal | Isolaat |
| Afnamemateriaal | N.v.t. |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | N.v.t. |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | Competentieverklaring |
| Uitvoerend laboratorium | Academisch Medisch Centrum Afd. Medische Microbiologie (M178) |

| Bloedparasieten anders dan malaria | |
|---|---|
| Bepaling | Microscopie |
| Specialisme | Parasitologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | |
| Afnamemateriaal | |
| Hoeveelheid | |
| Bewaarcondities | |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.PAR.02 |
| Uitvoerend laboratorium | Erasmus MC Afd. Medische Microbiologie en Infectieziekten (M132) |

| Bocavirus PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Respiratoire infectie |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Bronchus, Keel- en/of nasopharynxuitstrijk, sputum |
| Afnamemateriaal | (2) Steriel potje, witte deksel (bronchus)<br>(1) Steriel potje, rode deksel (sputum)<br>(5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten (keel)<br>(7) Buis met VTM en 2x losse swab, wattenstok in medium laten zitten (nasopharynx en keel) |
| Hoeveelheid | 2-25 ml bronchus, 2-50 ml sputum |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | Als onderdeel van Respiratoir viraal PCR (met Influenzavirus A en B RNA, Hum. metapneumavirus RNA, RSV A en B RNA, Rhinovirus RNA, Adenovirus DNA, Coronavirus NL63/OC43/229E RNA, Enterovirus RNA, Bocavirus DNA, Para-influenzavirus 1,2,3,4 RNA) |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Bofvirus antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Parotitis epidemica |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 2-4 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | Alleen geschikt voor immuniteitsbepaling. Voor aantonen infectie graag materiaal voor DNA-onderzoek afnemen. |
| Scope element | MM.VID.16 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Bofvirus PCR | |
|---|---|
| Bepaling | RNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Parotitis epidemica |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | keel, speeksel, urine |
| Afnamemateriaal | (5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten (keel)<br>(2) Steriel potje, witte deksel OF (9) Boorzuurbuis (urine) |
| Hoeveelheid | 0,5-25 ml urine |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | RIVM Centrum IDS Afd. Medische Microbiologie (M288) |

| Bordetella species PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Bronchiseptica, holmesii, pertussis, parapertussis, kinkhoest |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | nasopharynx uitstrijk |
| Afnamemateriaal | (6) ∑-transwab met oranje dop, wattenstok in medium laten zitten (nasopharynx) |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| BRMO/Carbapenemasen typering | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Vervolgonderzoek |
| Materiaal | Isolaat |
| Afnamemateriaal | N.v.t. |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | N.v.t. |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BRS.07 |
| Uitvoerend laboratorium | RIVM Centrum IDS Afd. Medische Microbiologie (M288) |

| BRMO-kweek (inventarisatie resistente isolaten) | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | keel, neus en rectum, urine, wond |
| Afnamemateriaal | (5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten (keel, neus en rectum, wond)<br>(2) Steriel potje, witte deksel OF (9) Boorzuurbuis (olijfgroen)(urine) |
| Hoeveelheid | 2-25 ml urine |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 5-7 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Brucella antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgM, IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Ziekte van BANG, malta koorts |
| Methode | Geautomatiseerd |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | ratio |
| Interpretatie | Neg <0,9 Dub ≥0,9 en <1,1 Pos ≥1,1 |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Microbieel gecontamineerde, sterk hemolytische of hyperlipemische monsters kunnen foutieve resultaten geven |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Geen kruisreactie met Salmonella typhi O en Salmonella typhi H, CMV, EBV (voor IgG& IgM) Toxoplasma en ANA (Voor IgG) en rheumafactor (voor IgM) |
| Mogelijk ander materiaal | Niet aangetoond |
| Opmerkingen | Analyse en rapportage van de IgM bepaling is R&D en valt niet onder de ISO 15189 accreditatie. |
| Scope element | MM.BID.13 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Chikungunya antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgM, IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Alphavirus |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.16 |
| Uitvoerend laboratorium | Erasmus MC Afd. Virologie (M109) |

| Chikungunya PCR | |
|---|---|
| Bepaling | RNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Alphavirus |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Plasma |
| Afnamemateriaal | (11) EDTA buis, paarse dop |
| Hoeveelheid | 10 ml (bloed) |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Erasmus MC Afd. Virologie (M109) |

| Chlamydia pneumoniae en psittaci PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Respiratoire infectie, ornithose, psittacose, papegaaiziekte |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Bronchus, keel, sputum |
| Afnamemateriaal | (1) Steriel potje, rode deksel (sputum)<br>(5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten (keel)<br>(7) Buis met VTM en 2x losse swab, wattenstok in medium laten zitten (nasopharynx en keel)<br>(2) Steriel potje, witte deksel (bronchus) |
| Hoeveelheid | 2-25 ml bronchus, 2-50 ml sputum |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | Als onderdeel van Respiratoir atypisch PCR (met Chlamydia pneumoniae DNA, Chlamydia psittaci DNA, Mycoplasma pneumoniae DNA) |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | Bij voorkeur graag sputum inleveren. Indien gebruik wordt gemaakt van een swab, graag in ieder geval de keel uitstrijk afnemen. |
| Scope element | MM.BID.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Chlamydia trachomatis antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | SOA |
| Methode | Geautomatiseerd |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | ratio |
| Interpretatie | Neg < 0,9 Dubieus ≥ 0,9 en ≤ 1,1 Pos > 1,1 |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet bekend |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | plasma gel, lithium heparine, lit hep gel, natrium heparine, EDTA, citraat |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.13 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Clostridium toxine PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | difficile |
| Methode | Geautomatiseerd |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Feces |
| Afnamemateriaal | (4) Fecespotje, rode deksel, lepel |
| Hoeveelheid | Potje max 3/4 gevuld |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 5 dagen |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | < 1 dag |
| Eenheid | Kwalitatief |
| Interpretatie | N.v.t. |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet bekend |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet bekend |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| CMV antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgM, IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Cytomegalovirus |
| Methode | Geautomatiseerd |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | ratio |
| Interpretatie | Neg <0,9 Dub ≥0,9 en <1,1 Pos ≥1,1 |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Hemoglobine vanaf 522 mg/dL, triglyceride vanaf 3000 mg/dL, bilirubine vanaf 20 mg/dL. Andere resultaat beïnvloedende factoren: Humaan anti-muis antistoffen of heterofiele antistoffen door blootstelling patiënt aan muizen of dierlijke immunoglobulines van |
| Kruisreactie met andere verwekkers | EBV, VZV, HSV en mazelen. Zwakke reacties aangetoond bij syphilis en Toxoplasmose |
| Mogelijk ander materiaal | plasma gel, lithium heparine, lit hep gel, natrium heparine, EDTA |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.16 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| CMV PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Cytomegalovirus |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Plasma, biopt, urine |
| Afnamemateriaal | (11) EDTA buis, paarse dop (plasma)<br>(1) Steriel potje, rode deksel met steriel fysiologisch zout (niet in een gaasje!) (biopt)<br>(2) Steriel potje, witte deksel of (9) Boorzuurbuis (urine) |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed, 0,5-25 ml urine |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Coronavirus 229E PCR | |
|---|---|
| Bepaling | RNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Respiratoire infectie |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Bronchus, Keel- en/of nasopharynxuitstrijk, sputum |
| Afnamemateriaal | (2) Steriel potje, witte deksel (bronchus)<br>(5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten (keel)<br>(1) Steriel potje, rode deksel (sputum)<br>(7) Buis met VTM en 2x losse swab, wattenstok in medium laten zitten (nasopharynx en keel) |
| Hoeveelheid | 2-25 ml bronchus, 2-50 ml sputum |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | Als onderdeel van Respiratoir viraal PCR (met Influenzavirus A en B RNA, Hum. metapneumavirus RNA, RSV A en B RNA, Rhinovirus RNA, Adenovirus DNA, Coronavirus NL63/OC43/229E RNA, Enterovirus RNA, Bocavirus DNA, Para-influenzavirus 1,2,3,4 RNA) |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Coronavirus NL63 PCR | |
|---|---|
| Bepaling | RNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Respiratoire infectie |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Bronchus, Keel- en/of nasopharynxuitstrijk, sputum |
| Afnamemateriaal | (2) Steriel potje, witte deksel (bronchus)<br>(5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten (keel)<br>(1) Steriel potje, rode deksel (sputum)<br>(7) Buis met VTM en 2x losse swab, wattenstok in medium laten zitten (nasopharynx en keel) |
| Hoeveelheid | 2-25 ml bronchus, 2-50 ml sputum |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | Als onderdeel van Respiratoir viraal PCR (met Influenzavirus A en B RNA, Hum. metapneumavirus RNA, RSV A en B RNA, Rhinovirus RNA, Adenovirus DNA, Coronavirus NL63/OC43/229E RNA, Enterovirus RNA, Bocavirus DNA, Para-influenzavirus 1,2,3,4 RNA) |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Coronavirus OC43 PCR | |
|---|---|
| Bepaling | RNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Respiratoire infectie |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Bronchus, Keel- en/of nasopharynxuitstrijk, sputum |
| Afnamemateriaal | (2) Steriel potje, witte deksel (bronchus)<br>(5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten (keel)<br>(1) Steriel potje, rode deksel (sputum)<br>(7) Buis met VTM en 2x losse swab, wattenstok in medium laten zitten (nasopharynx en keel) |
| Hoeveelheid | 2-25 ml bronchus, 2-50 ml sputum |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | Als onderdeel van Respiratoir viraal PCR (met Influenzavirus A en B RNA, Hum. metapneumavirus RNA, RSV A en B RNA, Rhinovirus RNA, Adenovirus DNA, Coronavirus NL63/OC43/229E RNA, Enterovirus RNA, Bocavirus DNA, Para-influenzavirus 1,2,3,4 RNA) |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Corynebacterium difteriae kweek | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Neus, keel |
| Afnamemateriaal | (5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.03, MM.BID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Coxiella burnetii PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Q-koorts |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Plasma |
| Afnamemateriaal | (11) EDTA buis, paarse dop |
| Hoeveelheid | 10 ml (bloed) |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Jeroen Bosch Ziekenhuis (M186) |

| Coxiella burnetti antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgM, IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Q-koorts |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.13 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Cryptokokken antigeen | |
|---|---|
| Bepaling | Antigeen |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Mycose, schimmelinfectie |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum, liquor |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop (serum)<br>(8) Steriele liquorbuis |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed. 0,5-10 ml liquor. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur. Liquor rechtop bewaren en vervoeren. |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | Deze bepaling wordt uitgevoerd naast de Cryptokokken kweek. |
| Scope element | MM.MID.10 |
| Uitvoerend laboratorium | Erasmus MC Afd. Medische Microbiologie en Infectieziekten (M132) |

| Cryptokokken kweek | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Mycologie |
| Zoekwoorden | Gist, Cryptococcus neoformans |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Liquor |
| Afnamemateriaal | (8) Steriele Liquorbuis |
| Hoeveelheid | 0,5-10 ml liquor |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | Tot 60 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.MID.02 MM.MID.03 MM.MID.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Cyclospora/Isospora | |
|---|---|
| Bepaling | Microscopie |
| Specialisme | Parasitologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Feces |
| Afnamemateriaal | (4) Fecespotje, rode deksel, lepel |
| Hoeveelheid | Potje max 3/4 gevuld |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 72 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-4 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | Bij immuungecompromiteerde patiënten |
| Scope element | MM.PAR.04 MM.PAR.02 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Dengue antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgM, IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Knokkelkoorts |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum, EDTA |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop<br>(11) EDTA buis, paarse dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.16 |
| Uitvoerend laboratorium | Erasmus MC Afd. Virologie (M109) |

| Dengue PCR | |
|---|---|
| Bepaling | RNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Knokkelkoorts |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Plasma |
| Afnamemateriaal | (11) EDTA buis, paarse dop |
| Hoeveelheid | 10 ml (bloed) |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Erasmus MC Afd. Virologie (M109) |

| Difterie/ tetanus/ polio antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | Antistoffen |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Corynebacterium diphtheriae, Clostridium tetani, kinderverlamming |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | serostatus |
| Scope element | MM.BID.13 (difterie en tetanus), MM.VID.14 (poliovirus) |
| Uitvoerend laboratorium | RIVM Centrum IDS Afd. Medische Microbiologie (M288) |

| Dimorfe schimmel/histoplasma | |
|---|---|
| Bepaling | Kweek, Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Mycologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | |
| Afnamemateriaal | |
| Hoeveelheid | |
| Bewaarcondities | |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.MID.01, MM.MID.02, MM.MID.03, MM.MID.04, MM.MID.06, MM.MRS.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Universitair Medisch Centrum Nijmegen Afd. Medische Microbiologie (M135) |

| EBV antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | EBNA, VCA IgM, VCA IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Eppstein Barr Virus, Pfeiffer |
| Methode | Geautomatiseerd |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | ratio |
| Interpretatie | Neg <0,9 Dub ≥0,9 en <1,1 Pos ≥1,1 |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Hemoglobine vanaf 269 mg/dL, triglyceride vanaf 1000 mg/dL, bilirubine vanaf 20 mg/dL. Andere resultaat beïnvloedende factoren: Anti-nucleaire antistoffen/ anti-mitochondriale antistoffen van patiënten met een auto-immuun syndroom. Heterofiele antistoffen |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Aangetoond bij HIV-, Hepatitis A-infectie en Toxoplasmose en bij IgM-antistoffen van HSV. |
| Mogelijk ander materiaal | plasma gel, lithium heparine, lit hep gel, natrium heparine, EDTA |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.16 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| EBV PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Eppstein Barr Virus, Pfeiffer |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Plasma, liquor |
| Afnamemateriaal | (11) EDTA buis, paarse dop.<br>(8) Steriele liquorbuis |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed, 1-10 ml liquor |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur. Liquor rechtop bewaren en vervoeren. |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-7 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Echinokokken antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Lintworm |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.PAR.12 |
| Uitvoerend laboratorium | Leiden University Medical Center Afd. Medische Microbiologie (M116) |

| Ectoparasieten | |
|---|---|
| Bepaling | Microscopie |
| Specialisme | Parasitologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Parasiet |
| Afnamemateriaal | (1) Steriel potje, rode deksel |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | N.v.t. |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 2-7 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.PAR.02 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Entamoeba histolytica / dispar PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Protozoa |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Feces |
| Afnamemateriaal | (4) Fecespotje, rode deksel, lepel |
| Hoeveelheid | Potje max 3/4 gevuld |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | Ook als onderdeel van Protozoa PCR (met Ent. histolytica DNA, Cryptosporidium DNA, Giardia lamblia DNA) |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | Bij verdacht preparaat |
| Scope element | MM.PAR.06 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Entamoeba histolytica antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Protozoa |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.PAR.12 |
| Uitvoerend laboratorium | Leiden University Medical Center Afd. Medische Microbiologie (M116) |

| Enterobius vermicularis | |
|---|---|
| Bepaling | Microscopie |
| Specialisme | Parasitologie |
| Zoekwoorden | Aarsmade, plakbandpreparaat |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Plakbandpreparaat |
| Afnamemateriaal | (16) Objectglas |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | N.v.t. |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 1-2 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | N.v.t. |
| Kruisreactie met andere verwekkers | N.v.t. |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | Helder plakband op een objectglas. |
| Scope element | MM.PAR.02 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Enterovirus antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgM, IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Picornaviridae |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.MID.10 |
| Uitvoerend laboratorium | Erasmus MC Afd. Virologie (M109) |

| Enterovirus PCR | |
|---|---|
| Bepaling | RNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Respiratoire infectie |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Bronchus, Keel- en/of nasopharynxuitstrijk, sputum |
| Afnamemateriaal | (2) Steriel potje, witte deksel (bronchus)<br>(5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten (keel)<br>(1) Steriel potje, rode deksel (sputum)<br>(7) Buis met VTM en 2x losse swab, wattenstok in medium laten zitten (nasopharynx en keel) |
| Hoeveelheid | 2-25 ml bronchus, 2-50 ml sputum |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | Als onderdeel van Respiratoir viraal PCR (met Influenzavirus A en B RNA, Hum. metapneumavirus RNA, RSV A en B RNA, Rhinovirus RNA, Adenovirus DNA, Coronavirus NL63/OC43/229E RNA, Enterovirus RNA, Bocavirus DNA, Para-influenzavirus 1,2,3,4 RNA) |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Enterovirus PCR | |
|---|---|
| Bepaling | RNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Polio, encefalitis, respiratoire infectie |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Liquor, keel |
| Afnamemateriaal | (8) Steriele liquorbuis<br>(5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten (keel) |
| Hoeveelheid | 1-10 ml liquor |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur. Liquor rechtop bewaren en vervoeren. |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | Als onderdeel van enterovirus/parechovirus PCR of virusonderzoek liquor PCR (met enterovirus RNA, parechovirus RNA, Herpes simplex DNA, Varicella zoster DNA) |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | Bij niet-negatieve PCR wordt getypeerd door RIVM |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Filaria antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Tropisch draadworm |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.PAR.12 |
| Uitvoerend laboratorium | Leiden University Medical Center Afd. Medische Microbiologie (M116) |

| Galactomannan antigeen | |
|---|---|
| Bepaling | Antigeen |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Aspergillus |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.MID.11 |
| Uitvoerend laboratorium | Erasmus MC Afd. Medische Microbiologie en Infectieziekten (M132) |

| Galactomannan antigeen | |
|---|---|
| Bepaling | Antigeen |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Aspergillus |
| Methode | Geautomatiseerd |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Bronchus, BAL |
| Afnamemateriaal | (2) Steriel potje, witte deksel |
| Hoeveelheid | 2-50 ml |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | index |
| Interpretatie | neg < 0.16 dub = 0.16-0.20 pos > 0.20 |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | CMV IgM |
| Mogelijk ander materiaal | n.v.t. |
| Opmerkingen | Valt nog niet onder de scope van het laboratorium |
| Scope element | MM.MID.10 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Gele koorts antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Yellow fever |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.16 |
| Uitvoerend laboratorium | Erasmus MC Afd. Virologie (M109) |

| Gist determinatie en gevoeligheid | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Mycologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Vervolgonderzoek |
| Materiaal | Isolaat |
| Afnamemateriaal | N.v.t. |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | N.v.t. |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.MID.01, MM.MID.02, MM.MID.03, MM.MID.04, MM.MID.06, MM.MRS.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Universitair Medisch Centrum Nijmegen Afd. Medische Microbiologie (M135) |

| Gist/schimmelkweek | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Mycologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Abces, ascites, biopt, bronchus, sputum, haren, wond, liquor, nagels, oog, oor, pleuravocht, punctaat, pus, schilfers, weefsel |
| Afnamemateriaal | (2) Steriel potje, witte deksel (abces, ascites, bronchus, pleuravocht, punctaat, pus, schilfers) ;<br>(20) Spuit, afgedopt (abces, punctaat) ;<br>(5) ∑-transwab paarse dop, wattenstok in medium laten zitten (abces, wond, punctaat);<br>(8) Steriele liquorbuis<br>( |
| Hoeveelheid | 2-25 ml abces, ascites, bronchus, sputum, pleuravocht, punctaat, pus. 0,5-10 ml liquor. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur. 15-25 °C, max 24 uur (haren). 35 ± 2ºC, max 15 uur. Rechtop bewaren en vervoeren (liquor). |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | Tot 31 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | (1) Steriel potje, rode deksel (biopt: met steriel fysiologisch zout, sputum, haren, nagels, weefsel); (6) ∑-transwab met oranje dop met dunne flexibele wat, wattenstok in medium laten zitten (oog, oor); |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.MID.01, MM.MID.02, MM.MID.03, MM.MID.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Gistkweek | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Mycologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Liquor, Mond-, tonguitstrijk, huid/wond, rectum, genitaaluitstrijk, keel |
| Afnamemateriaal | (8) Steriele Liquorbuis<br>(5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten (mond, tong, wond, rectum, genitaal, keel) |
| Hoeveelheid | 0,5-10 ml liquor |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 2-5 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.MID.02, MM.MID.03, MM.MID.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Gonokokken (GO) stam gevoeligheid | |
|---|---|
| Bepaling | Resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | Neisseria gonorrhoeae |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Vervolgonderzoek |
| Materiaal | Isolaat |
| Afnamemateriaal | N.v.t. |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | N.v.t. |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | Na positieve kweek. |
| Scope element | MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Gonokokkenkweek | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | Neisseria gonorrhoeae |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Genitaaluitstrijk, keel, oog, buikvocht |
| Afnamemateriaal | (6) ∑-transwab met oranje dop met dunne flexibele wat, wattenstok in medium laten zitten (genitaal, oog)<br>(5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten (genitaal, oog, keel)<br>(2) Steriel potje, witte deksel (buikvocht) |
| Hoeveelheid | 2-25 ml buikvocht |
| Bewaarcondities | 15 - 25 °C, kweek moet binnen 6 uur op het laboratorium zijn. |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 2-5 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Gram kleuring | |
|---|---|
| Bepaling | Microscopie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Diverse materialen |
| Afnamemateriaal | Zie materiaal dat van toepassing is. |
| Hoeveelheid | Zie materiaal dat van toepassing is. |
| Bewaarcondities | Zie materiaal dat van toepassing is. |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 1-2 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | Standaard bepaling bij een banale kweek op materiaal in een steriel potje, liquorbuis, spuit of bloedkweek. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.02 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Haemophilus ducreyi PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | sjanker, ulcus molle |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Genitaaluitstrijk |
| Afnamemateriaal | (5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | |
| Uitvoerend laboratorium | Streeklab GGD Amsterdam (M089) |

| Haemophilus influenza type b antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Hib |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MI.IMD.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Hantavirus antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgM, IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Puumalavirus, Seoulvirus, Tulavirus |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.16 |
| Uitvoerend laboratorium | Erasmus MC Afd. Virologie (M109) |

| HAV antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgM, IgT (reizigers) |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Hepatitis A Virus |
| Methode | Geautomatiseerd |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | ratio, IU/L |
| Interpretatie | IgM: Neg <0,8 Dub ≥0,8 en <1,2 Pos ≥1,2 IgT: Neg <20 Pos >20 |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Hemoglobine vanaf 500 mg/dL, triglyceride vanaf 3000 mg/dL, geconjugeerd bilirubine vanaf 60 mg/dL, ongeconjugeerd bilirubine vanaf 40 mg/dL, eiwit tot 3,5 en vanaf 12 g/dL, immunoglobuline G vanaf 60 g/L, biotine vanaf 25 ng/mL. Andere resultaat beïnvloe |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Mogelijk met EBV-IgG zie bijsluiter, verder niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | plasma gel, lithium heparine, lit hep gel, natrium heparine, EDTA |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.16 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| HAV PCR | |
|---|---|
| Bepaling | RNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Hepatitis A Virus |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Vervolgonderzoek |
| Materiaal | Plasma |
| Afnamemateriaal | (11) EDTA buis, paarse dop |
| Hoeveelheid | 10 ml (bloed) |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | Uitvoeren indien HAV IgM pos |
| Scope element | MM.VTP.04, MM.VRS.02, MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | RIVM Centrum IDS Afd. Medische Microbiologie (M288) |

| HBV actieve infectie | |
|---|---|
| Bepaling | antiHBcore, HBs antigeen(+ bevestigingstest) |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Hepatitis B Virus |
| Methode | Geautomatiseerd |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | ratio |
| Interpretatie | antiHBcore: Neg <1,0 Pos ≥ 1,0 HBs antigeen: Neg <1,0 Pos ≥1,0 |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Hemoglobine vanaf 500 mg/dL, triglyceride vanaf 1000 mg/dL, geconjugeerd bilirubine vanaf 40 mg/dL, ongeconjugeerd bilirubine vanaf 40 mg/dL, eiwit tot 3,5 en vanaf 12 g/dL, immunoglobuline G vanaf 6 g/L, biotine vanaf 10 ng/mL, cholesterol vanaf 40 mg/L. |
| Kruisreactie met andere verwekkers | AntiHBcore: Aangetoond bij Syphilis, HIV, VZV, meerlingzwangerschap, ANA, SLE, HAMA, Hepatitis A, Hepatitis C en reuma |
| Mogelijk ander materiaal | plasma gel, EDTA |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.16, MM.VID.11 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| HBV antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | Hbe, aHBe,aHBc-IgM |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Hepatitis B Virus |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Vervolgonderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 2-4 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.16, MM.VID.11 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| HBV controle na vaccinatie | |
|---|---|
| Bepaling | antiHBs |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Hepatitis B Virus |
| Methode | Geautomatiseerd |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | IU/L |
| Interpretatie | Neg <8 Dub ≥8 en <12 Pos >12 |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Hemoglobine vanaf 500 mg/dL, triglyceride vanaf 1000 mg/dL, geconjugeerd bilirubine vanaf 40 mg/dL, ongeconjugeerd bilirubine vanaf 40 mg/dL, eiwit tot 3 en vanaf 12 g/dL, immunoglobuline G vanaf 60 g/L, biotine vanaf 500 ng/mL |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | plasma gel, lithium heparine, lit hep gel, natrium heparine, EDTA |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.16 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| HBV genotypering | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Hepatitis B Virus |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Vervolgonderzoek |
| Materiaal | Plasma |
| Afnamemateriaal | (11) EDTA buis, paarse dop |
| Hoeveelheid | 10 ml (bloed) |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VTP.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Sanquin Diagnostiek (M005) |

| HBV PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Hepatitis B Virus |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Vervolgonderzoek |
| Materiaal | Plasma |
| Afnamemateriaal | (11) EDTA buis, paarse dop |
| Hoeveelheid | 10 ml (bloed) |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 2-7 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| HBV voor vaccinatie | |
|---|---|
| Bepaling | antiHBcore |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Hepatitis B Virus |
| Methode | Geautomatiseerd |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | ratio |
| Interpretatie | Neg <1,0 Pos ≥ 1,0 |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Hemoglobine vanaf 500 mg/dL, triglyceride vanaf 1000 mg/dL, geconjugeerd bilirubine vanaf 60 mg/dL, ongeconjugeerd bilirubine vanaf 40 mg/dL, eiwit tot 3,5 en vanaf 12 g/dL, immunoglobuline G vanaf 60 g/L |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Aangetoond bij Syphilis, HIV, VZV, meerlingzwangerschap, ANA, SLE, HAMA, Hepatitis A, Hepatitis C en reuma |
| Mogelijk ander materiaal | plasma gel, EDTA |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.16 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| HCV antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | Antistoffen |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Hepatitis C Virus |
| Methode | Geautomatiseerd |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | ratio |
| Interpretatie | Neg <0,8 Dub ≥0,8 en <1,0 Pos ≥1,0 |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Hemoglobine vanaf 500 mg/dL, triglyceride vanaf 1000 mg/dL, geconjugeerd bilirubine vanaf 60 mg/dL, ongeconjugeerd bilirubine vanaf 40 mg/dL, eiwit tot 3,5 en vanaf 12 g/dL. Andere resultaat beïnvloedende factoren: Heterofiele antistoffen vooral bij patië |
| Kruisreactie met andere verwekkers | HBV, niet virale leverziekten, HIV, alcoholische hepatitis, reuma en na griepvaccinatie |
| Mogelijk ander materiaal | plasma gel, lithium heparine, lit hep gel, natrium heparine, EDTA |
| Opmerkingen | Na positieve of dubieuze uitslag volgt een blot (070185) |
| Scope element | MM.VID.16 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| HCV genotypering | |
|---|---|
| Bepaling | RNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Hepatitis C Virus |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Vervolgonderzoek |
| Materiaal | Plasma |
| Afnamemateriaal | (11) EDTA buis, paarse dop |
| Hoeveelheid | 10 ml (bloed) |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VTP.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Sanquin Diagnostiek (M005) |

| HCV PCR | |
|---|---|
| Bepaling | RNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Hepatitis C Virus |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Vervolgonderzoek |
| Materiaal | Plasma |
| Afnamemateriaal | (11) EDTA buis, paarse dop |
| Hoeveelheid | 10 ml (bloed) |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 2-7 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| HDV antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | Antistoffen |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Hepatitis D Virus |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | Uitvoeren indien HBV pos. Volgens documentatie vervalt dit onderzoek in 04-2019. Echter nog steeds aanvraagbaar zonder opmerking valt niet meer onder scoop of iets dergelijks. |
| Scope element | MM.VID.15 |
| Uitvoerend laboratorium | Sanquin Diagnostiek (M005) |

| Helicobacter antigeentest feces | |
|---|---|
| Bepaling | Antigeen |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | Helicobacter pylori Ag |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Feces |
| Afnamemateriaal | (4) Fecespotje, rode deksel, lepel |
| Hoeveelheid | Potje max 3/4 gevuld |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | < 1 dag |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | Voor het aantonen/uitsluiten van een actieve infectie of succesvolle eradicatie. Stop twee weken voor de antigeenbepaling met protonpompremmers en vier weken van tevoren met antibiotica of bismuth vanwege een verhoogde kans op fout negatieven. |
| Scope element | MM.BID.09 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Helicobacter antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Helicobacter pylori |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 3-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.13 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Helicobacter kweek * gevoeligheid | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | Helicobacter pylori |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Maagbiopt |
| Afnamemateriaal | (1) Steriel potje, rode deksel met steriel fysiologisch zout (niet in een gaasje!) |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.02 MM.BID.03 MM.BID.06 MM.BID.08 MM.BRS.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| HEV antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgM, IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Hepatitis E Virus |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.16 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| HEV PCR | |
|---|---|
| Bepaling | RNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Hepatitis E Virus |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Plasma |
| Afnamemateriaal | (11) EDTA buis, paarse dop |
| Hoeveelheid | 10 ml (bloed) |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Sanquin Diagnostiek (M005) |

| HHV-6 PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Humaan herpesvirus 6 |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Plasma |
| Afnamemateriaal | (11) EDTA buis, paarse dop |
| Hoeveelheid | 10 ml (bloed) |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Erasmus MC Afd. Virologie (M109) |

| HHV-6 serologie | |
|---|---|
| Bepaling | IgG+IgM |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Humaan herpesvirus 6 |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml (bloed) |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.16 |
| Uitvoerend laboratorium | Erasmus MC Afd. Virologie (M109) |

| HHV-8 PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Humaan herpesvirus 8 |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Plasma |
| Afnamemateriaal | (11) EDTA buis, paarse dop |
| Hoeveelheid | 10 ml (bloed) |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Erasmus MC Afd. Virologie (M109) |

| HHV-8 serologie | |
|---|---|
| Bepaling | IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Humaan herpesvirus 8 |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml (bloed) |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.16 |
| Uitvoerend laboratorium | Erasmus MC Afd. Virologie (M109) |

| Histoplasma antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | Antistoffen |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | capsulatum |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | Coccidioides antistoffen worden bepaald vanwege kruisreactie met Histoplasma |
| Scope element | MM.MID.14 |
| Uitvoerend laboratorium | Dicoon B.V. (M221) |

| HIV antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | Antistoffen |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Humaan immunodeficiëntievirus, AIDS |
| Methode | Geautomatiseerd |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | ratio |
| Interpretatie | Neg <1,0 Pos ≥1,0 |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Hemoglobine vanaf 500 mg/dL, triglyceride vanaf 1000 mg/dL, geconjugeerd bilirubine vanaf 40 mg/dL, ongeconjugeerd bilirubine vanaf 40 mg/dL, eiwit tot 3,5 en vanaf 12 g/dL, immunoglobuline G vanaf 60 g/L, biotine vanaf 500 ng/mL, cholesterol vanaf 40 mg/ |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | plasma gel, K2 EDTA, K3 EDTA |
| Opmerkingen | Type 1 en 2. CITO i.o.m. arts-microbioloog |
| Scope element | MM.VID.16, MM.VID.11 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| HIV bevestigingstest | |
|---|---|
| Bepaling | Immunoblot + evt HIV p24 antigeen |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Humaan immunodeficiëntievirus, AIDS |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Vervolgonderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 2-4 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.16 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| HIV PCR | |
|---|---|
| Bepaling | RNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Humaan immunodeficiëntievirus, AIDS |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Vervolgonderzoek |
| Materiaal | Plasma |
| Afnamemateriaal | (11) EDTA buis, paarse dop |
| Hoeveelheid | 10 ml (bloed) |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 2-7 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| hMPV PCR | |
|---|---|
| Bepaling | RNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Humaan metapneumavirus |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Bronchus, Keel- en/of nasopharynxuitstrijk, sputum |
| Afnamemateriaal | (2) Steriel potje, witte deksel (bronchus)<br>(5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten (keel)<br>(1) Steriel potje, rode deksel (sputum)<br>(7) Buis met VTM en 2x losse swab, wattenstok in medium laten zitten (nasopharynx en keel) |
| Hoeveelheid | 2-25 ml bronchus, 2-50 ml sputum |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | Als onderdeel van Respiratoir viraal PCR (met Influenzavirus A en B RNA, Hum. metapneumavirus RNA, RSV A en B RNA, Rhinovirus RNA, Adenovirus DNA, Coronavirus NL63/OC43/229E RNA, Enterovirus RNA, Bocavirus DNA, Para-influenzavirus 1,2,3,4 RNA) |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| HSV antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Herpes simplex virus, koortslip, genitale herpes |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 7-9 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.16 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| HSV PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Herpes simplex virus, koortslip, genitale herpes |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Liquor, blaasjes, genitaaluitstrijk (man of vrouw), monduitstrijk |
| Afnamemateriaal | (8) Steriele liquorbuis<br>(5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten (blaasjes, genitaal- en monduitstrijk) |
| Hoeveelheid | 1-10 ml |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur. Liquor rechtop bewaren en vervoeren. |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | Als onderdeel van HSV/VZV PCR of virusonderzoek liquor PCR (met enterovirus RNA, parechovirus RNA, Herpes simplex DNA, Varicella zoster DNA) |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| HSV PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Herpes simplex virus, koortslip, genitale herpes |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Ooguitstrijk |
| Afnamemateriaal | (6) ∑-transwab met oranje dop, wattenstok in medium laten zitten |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | Als onderdeel van HSV/VZV/adenovirus PCR |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| HTLV antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | Antistoffen |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Humaan T-lymfotroop virus |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 8-10 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.15 |
| Uitvoerend laboratorium | Sanquin Diagnostiek (M005) |

| Influenza A/B PCR | |
|---|---|
| Bepaling | RNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Griep |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Bronchus, keel, sputum |
| Afnamemateriaal | (2) Steriel potje, witte deksel (bronchus)<br>(5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten (keel)<br>(1) Steriel potje, rode deksel (sputum)<br>(7) Buis met VTM en 2x losse swab, wattenstok in medium laten zitten (nasopharynx en keel) |
| Hoeveelheid | 2-25 ml bronchus, 2-50 ml sputum |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | Als onderdeel van Respiratoir viraal PCR (met Influenzavirus A en B RNA, Hum. metapneumavirus RNA, RSV A en B RNA, Rhinovirus RNA, Adenovirus DNA, Coronavirus NL63/OC43/229E RNA, Enterovirus RNA, Bocavirus DNA, Para-influenzavirus 1,2,3,4 RNA) |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Influenza PCR | |
|---|---|
| Bepaling | RNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Griepvirus |
| Methode | Geautomatiseerd |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Keel- en/of nasopharynxuitstrijk |
| Afnamemateriaal | (7) Buis met VTM en 2x losse swab, wattenstok in medium laten zitten (nasopharynx en keel) |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | < 1 dag |
| Eenheid | Kwalitatief |
| Interpretatie | N.v.t. |
| Aanvraag pakket | Als onderdeel van respiratoir viraal PCR (met SARS-CoV-2 PCR, RS-virus PCR en Influenza-PCR) |
| Interferenties | Niet bekend |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet bekend |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| JC virus PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Humaan polyomavirus 2, John Cunninghamvirus, JCV |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Plasma |
| Afnamemateriaal | (11) EDTA buis, paarse dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Erasmus MC Afd. Virologie (M109) |

| Kattekrab antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgM |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Bartonella henselae |
| Methode | Geautomatiseerd |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Ratio |
| Interpretatie | Neg <1,1 Pos ≥1,1 |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Aangetoond bij Coxiella IgM, Brucella en ANA |
| Mogelijk ander materiaal | plasma gelbuis |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.13 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Kattekrab DNA | |
|---|---|
| Bepaling | PCR |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Bartonella henselae |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair |
| Materiaal | Pus |
| Afnamemateriaal | (2) Steriel potje, witte deksel |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Erasmus MC Afd. Medische Microbiologie en Infectieziekten (M132) |

| Kinkhoest antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Bordetella pertussis |
| Methode | Geautomatiseerd |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | IU/ml |
| Interpretatie | Neg <62 Dub ≥62 en <125 Pos ≥125 |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Hemoglobine vanaf 850 mg/dL, triglyceride vanaf 200 mg/dL, ongeconjugeerd bilirubine vanaf 40 mg/dL, bilirubine vanaf 60 mg/dL |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | plasma gelbuis |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.13 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| KOH preparaat | |
|---|---|
| Bepaling | Microscopie |
| Specialisme | Mycologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Nagels, haren, schilfers |
| Afnamemateriaal | (1) Steriel potje, rode deksel |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | N.v.t. |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 1-2 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.MID.02 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Legionella antigeentest urine | |
|---|---|
| Bepaling | Antigeen |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | Veteranenziekte, pontiac fever |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Urine |
| Afnamemateriaal | (2) Steriel potje, witte deksel |
| Hoeveelheid | 2-25 ml |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | < 1 dag |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | Niet mogelijk uit boorzuurbuis. |
| Scope element | MM.BID.09 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Legionella species PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Veteranenziekte, pontiac fever, pneumophila |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Sputum, bronchus |
| Afnamemateriaal | (1) Steriel potje, rode deksel (sputum)<br>(2) Steriel potje, witte deksel (bronchus) |
| Hoeveelheid | 2-50 ml |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Legionella spp gevoeligheid/typering | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Veteranenziekte, pontiac fever, pneumophila |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Vervolgonderzoek |
| Materiaal | Isolaat |
| Afnamemateriaal | N.v.t. |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | N.v.t. |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.LEG.08, MM.LEG.09 |
| Uitvoerend laboratorium | Streeklaboratorium Afd. Medische Microbiologie (M184) |

| Legionellakweek | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | Veteranenziekte, pontiac fever, pneumophila |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Bronchus, sputum, pleuravocht |
| Afnamemateriaal | (2) Steriel potje, witte deksel (bronchus, pleuravocht)<br>(1) Steriel potje, rode deksel (sputum) |
| Hoeveelheid | 2-50 ml |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Leishmania antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgM |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Protozoa |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.07, MM.BID.13 |
| Uitvoerend laboratorium | RIVM Centrum IDS Afd. Medische Microbiologie (M288) |

| Leishmania PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Protozoa |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Beenmerg |
| Afnamemateriaal | (11) EDTA buis, paarse dop |
| Hoeveelheid | 4 ml beenmerg |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.PAR.06 |
| Uitvoerend laboratorium | Leiden University Medical Center Afd. Medische Microbiologie (M116) |

| Leptospira (ziekteduur > 10 dagen) | |
|---|---|
| Bepaling | Antistoffen, PCR |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Spirocheet, ziekte van Weil, modderkoorts, melkerskoorts |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum en urine |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop (2) Steriel potje, witte deksel (urine) |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed, 4 ml urine |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | Patiënt langer dan 10 dagen ziek |
| Scope element | Competentieverklaring |
| Uitvoerend laboratorium | Academisch Medisch Centrum Afd. Medische Microbiologie (M178) |

| Leptospira (ziekteduur ≤ 10 dagen) | |
|---|---|
| Bepaling | Antistoffen, PCR |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Spirocheet, ziekte van Weil, modderkoorts, melkerskoorts |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum en EDTA en urine |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop (11) EDTA buis, paarse dop (2) Steriel potje, witte deksel (urine) |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed, 4 ml urine |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur (heparinebuis bij kampertemperatuur) |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | Patiënt korter dan 11 dagen ziek of eerste ziektedag onbekend |
| Scope element | Competentieverklaring |
| Uitvoerend laboratorium | Academisch Medisch Centrum Afd. Medische Microbiologie (M178) |

| LGV PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Lymphogranuloma venereum, Chlamydia trachomatis |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Vervolgonderzoek |
| Materiaal | Genitaaluitstrijk (man of vrouw), urine, anaal |
| Afnamemateriaal | (5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten (genitaaluitstrijk, anaal)<br>(2) Steriel potje, witte deksel of (9) Boorzuurbuis (urine) |
| Hoeveelheid | 0,5-25 ml urine |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 48 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | Wordt automatisch bepaald bij positieve Chlamydia uit anus/rectum |
| Scope element | MM.BID.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Listeriakweek | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Genitaaluitstrijk |
| Afnamemateriaal | (5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | Tot 21 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.07, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Lues antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | Antistoffen |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Treponema pallidum, Syphilis |
| Methode | Geautomatiseerd |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | ratio, titerverdunning |
| Interpretatie | Screening: Neg <0,9 Dub ≥0,9 en <1,10 Pos ≥1,10 TPHA: Neg <80 RPR: Neg <1 |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Screening: hemoglobine vanaf 500 mg/dL, triglyceride vanaf 1000 mg/dL, geconjugeerd bilirubine vanaf 40 mg/dL, ongeconjugeerd bilirubine vanaf 40 mg/dL, eiwit vanaf 11 g/dL, immunoglobuline G vanaf 11 g/L, biotine vanaf 1500 ng/mL, cholesterol vanaf 40 mg |
| Kruisreactie met andere verwekkers | TPHA: andere treponemale infecties. RPR labkit: EBV, virale pneumonie, Toxoplasmose, zwangerschap en auto-immuunziektes. RPR Biorad: leptospirose,Hepatitis B, Hepatits C, EBV, SLE, HIV, Lyme, reumafactoren, meerlingenzwangerschappen en zwangerschap. |
| Mogelijk ander materiaal | EDTA plasma |
| Opmerkingen | Na positieve screening en TPHA volgt een RPR en blot |
| Scope element | MM.BID.13 en MM.BID.07 (TPHA) |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Lues bevestigingstest | |
|---|---|
| Bepaling | Blot |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Treponema pallidum, Syphilis |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Vervolgonderzoek |
| Materiaal | Serum, liquor |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop<br>(8) Steriele liquorbuis |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed, 0,5-10 ml liquor |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur. Liquor rechtop bewaren en vervoeren. |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 2-4 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | Uitvoeren indien serologie positief |
| Scope element | MM.BID.07 (liquor) MM.BID.13 (serum) |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Lues PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Treponema pallidum, Syphilis |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Genitaaluitstrijk (man of vrouw) |
| Afnamemateriaal | (5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 48 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Lyme antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgM, IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Borrelia burgdorferi |
| Methode | Geautomatiseerd |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | ratio |
| Interpretatie | Neg <0,9 Dub ≥0,9 en <1,1 Pos ≥1,1 |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Hemoglobine vanaf 850 mg/dL, triglyceride vanaf 200 mg/dL, bilirubine vanaf 300 mg/dL, cholesterol vanaf 400 mg/dL. Microbieel gecontamineerde, sterk hemolytische of hyperlipemische monsters kunnen foutieve resultaten geven. |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond voor Syphilis en Leptospira, wel voor EBV |
| Mogelijk ander materiaal | plasma gel |
| Opmerkingen | Na positieve serologie volgt een blot |
| Scope element | MM.BID.13 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Lyme blot | |
|---|---|
| Bepaling | Blot |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Borrelia burgdorferi |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Vervolgonderzoek |
| Materiaal | Serum, liquor |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop<br>(8) Steriele liquorbuis |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed. 0,5-10 ml liquor. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.13 |
| Uitvoerend laboratorium | RIVM Centrum IDS Afd. Medische Microbiologie (M288) |

| Lyme PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Borrelia burgdorferi |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Liquor |
| Afnamemateriaal | (8) Steriele liquorbuis |
| Hoeveelheid | 0,5-10 ml |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Universitair Medisch Centrum Nijmegen Afd. Medische Microbiologie (M135) |

| Malaria PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Plasmodium, falciparum, tropica, vivax, tertiana, ovale, malariae, quartana |
| Methode | Geautomatiseerd |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Plasma |
| Afnamemateriaal | (11) EDTA buis, paarse dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | <1dag |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | Dit (CITO) onderzoek dient altijd overlegd te worden met de dienstdoende arts-microbioloog. Naast EDTA voor de PCR dienen ook preparaten aangeleverd te worden voor eventueel vervolgonderzoek. Indien PCR positief wordt microscopie uitgevoerd voor het bepal |
| Scope element | MM.PAR.06 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Malassezia furfur | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Mycologie |
| Zoekwoorden | pityrosporum |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Schilfers |
| Afnamemateriaal | (2) Steriel potje, witte deksel |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 15-25 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | Tot 31 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MID.01 MID.02 MID.03 MID.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Mazelen antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgM, IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Eerste ziekte |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 2-4 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.16 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Mazelen PCR | |
|---|---|
| Bepaling | RNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Eerste ziekte |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Sputum, keel, liquor, en EDTA |
| Afnamemateriaal | (1) Steriel potje, rode deksel (sputum)<br>(5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten (keel)<br>(8) Steriele liquorbuis (liquor)<br>(11) EDTA buis, paarse dop |
| Hoeveelheid | 2-50 ml sputum, 1-10 ml liquor, 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Erasmus MC Afd. Virologie (M109) |

| Meningitis isolaten typering | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Vervolgonderzoek |
| Materiaal | Isolaat |
| Afnamemateriaal | N.v.t. |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | N.v.t. |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | Competentieverklaring |
| Uitvoerend laboratorium | Academisch Medisch Centrum Afd. Medische Microbiologie (M178) |

| Microsporidiën | |
|---|---|
| Bepaling | Microscopie |
| Specialisme | Parasitologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Feces |
| Afnamemateriaal | (4) Fecespotje, rode deksel, lepel |
| Hoeveelheid | Potje max 3/4 gevuld |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 72 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | Op klinische indicatie. |
| Scope element | MM.PAR.01, MM.PAR.02 |
| Uitvoerend laboratorium | Leiden University Medical Center Afd. Medische Microbiologie (M116) |

| Mpox PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Apenpokken, MonkeyPox |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Blaasjesvocht, keel, rectum |
| Afnamemateriaal | (5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Erasmus MC Afd. Virologie (M109) |

| MRSA PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Meticilline-resistente Staphylococcus aureus |
| Methode | Geautomatiseerd |
| Type onderzoek | Primair onderzoek en vervolgonderzoek |
| Materiaal | Neus, keel, rectum (combinatie) |
| Afnamemateriaal | (5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | < 1 dag |
| Eenheid | Kwalitatief |
| Interpretatie | N.v.t. |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet bekend |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet bekend |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| MRSA typering | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Vervolgonderzoek |
| Materiaal | Isolaat |
| Afnamemateriaal | N.v.t. |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | N.v.t. |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.03 |
| Uitvoerend laboratorium | RIVM Centrum IDS Afd. Medische Microbiologie (M288) |

| MRSA-kweek | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | Meticilline-resistente Staphylococcus aureus |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Keel, neus, rectum (combinatie), wond, pus, urine, perineum |
| Afnamemateriaal | (5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten<br>(2) Steriel potje, witte deksel (urine) |
| Hoeveelheid | 2-25 ml urine |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 5-7 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Mycoplasma genitalium PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Mycoplasma genitalium |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Genitaaluitstrijk (man of vrouw), urine |
| Afnamemateriaal | (5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten (genitaaluitstrijk)<br>(2) Steriel potje, witte deksel of (9) Boorzuurbuis (urine) |
| Hoeveelheid | 0,5-25 ml urine |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 48 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Mycoplasma pneumoniae antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgM, IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Mycoplasma pneumoniae |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-8 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.13 |
| Uitvoerend laboratorium | Erasmus MC Afd. Medische Microbiologie en Infectieziekten (M132) |

| Mycoplasma pneumoniae PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Mycoplasma pneumoniae |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Bronchus, keel, sputum |
| Afnamemateriaal | (1) Steriel potje, rode deksel (sputum)<br>(5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten (keel)<br>(7) Buis met VTM en 2x losse swab, wattenstok in medium laten zitten (nasopharynx en keel)<br>(2) Steriel potje, witte deksel (bronchus) |
| Hoeveelheid | 2-25 ml bronchus, 2-50 ml sputum |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | Als onderdeel van Respiratoir atypisch PCR (met Chlamydia pneumoniae DNA, Chlamydia psittaci DNA, Mycoplasma pneumoniae DNA) |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | Bij voorkeur graag sputum inleveren. Indien gebruik wordt gemaakt van een swab, graag in ieder geval de keel uitstrijk afnemen. |
| Scope element | MM.BID.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Nocardiakweek | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Sputum, bronchus, punctaat |
| Afnamemateriaal | (1) Steriel potje, rode deksel (sputum, punctaat)<br>(2) Steriel potje, witte deksel (bronchus) |
| Hoeveelheid | 2-25 ml |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | Tot 7 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | De Nocardiakweek wordt samen met de Actinomyceskweek uitgevoerd. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.08, MM.BRS.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Norovirus PCR | |
|---|---|
| Bepaling | RNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Gastro-enteritis |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Feces |
| Afnamemateriaal | (4) Fecespotje, rode deksel, lepel |
| Hoeveelheid | Potje max 3/4 gevuld |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | Als onderdeel van Feces viraal PCR (met norovirus RNA, adenovirus DNA, rotavirus RNA, astrovirus RNA, sapovirus RNA) |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| NTM PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Non-Tuberculeuze Myobacteriën |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Sputum, bronchus, biopt, punctaat |
| Afnamemateriaal | (1) Steriel potje, rode deksel met steriel fysiologisch zout bij een biopt (niet in een gaasje!) (sputum/biopt)<br>(2) Steriel potje, witte deksel (bronchus, punctaat)<br>(20) Spuit, afgedopt zonder naald (punctaat) |
| Hoeveelheid | 2-50 ml sputum, 2-25 ml bronchus/punctaat |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.04, MM.MBI.06 |
| Uitvoerend laboratorium | Erasmus MC Afd. Medische Microbiologie en Infectieziekten (M132) |

| Nugentscore | |
|---|---|
| Bepaling | Microscopie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | Bacteriële vaginose |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Genitaaluitstrijk |
| Afnamemateriaal | (17) Objectglaasje ( in preparaatdoosje); Ongefixeerd uitstrijkpreparaat, aan de lucht gedroogd, zonder dekglaasje |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 15-25 °C |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 1-3 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.02 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Para-influenzavirus 1,2,3 en 4 PCR | |
|---|---|
| Bepaling | RNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Respiratoire infectie, conjunctivitis, diarree, cystitis, encefalitis |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Bronchus, Keel- en/of nasopharynxuitstrijk, sputum |
| Afnamemateriaal | (2) Steriel potje, witte deksel (bronchus)<br>(5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten (keel)<br>(7) Buis met VTM en 2x losse swab, wattenstok in medium laten zitten (nasopharynx en keel)<br>(1) Steriel potje, rode deksel (sputum) |
| Hoeveelheid | 2-25 ml bronchus, 2-50 ml sputum |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | Als onderdeel van Respiratoir viraal PCR (met Influenzavirus A en B RNA, Hum. metapneumavirus RNA, RSV A en B RNA, Rhinovirus RNA, Adenovirus DNA, Coronavirus NL63/OC43/229E RNA, Enterovirus RNA, Bocavirus DNA, Para-influenzavirus 1,2,3,4 RNA) |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Parasitaire darmpathogenen PCR | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporodium hominus, Cryptosporidium parvum |
| Methode | Geautomatiseerd |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Feces |
| Afnamemateriaal | (4) Fecespotje, rode deksel, lepel |
| Hoeveelheid | Potje max 3/4 gevuld |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 5 dagen |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 0-4 dagen |
| Eenheid | Kwalitatief |
| Interpretatie | N.v.t. |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Vagisil, >25% bloederige feces |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Geen kruisreactie met gerelateerde en/of vaker voorkomende organismen in feces materiaal (bacterien, virussen, parasieten en gisten) |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.PAR.06 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Parechovirus PCR | |
|---|---|
| Bepaling | RNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Encefalitis |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Liquor, keel |
| Afnamemateriaal | (8) Steriele liquorbuis<br>(5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten (keel) |
| Hoeveelheid | 1-10 ml liquor |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur. Liquor rechtop bewaren en vervoeren. |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | Als onderdeel van enterovirus/parechovirus PCR of virusonderzoek liquor PCR (met enterovirus RNA, parechovirus RNA, Herpes simplex DNA, Varicella zoster DNA) |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | Bij niet-negatieve PCR wordt getypeerd door RIVM |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Parvovirus B19 antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgM, IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Erythema infectiosum, vijfde ziekte |
| Methode | Geautomatiseerd |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | ratio |
| Interpretatie | Neg <0,9 Dub ≥0,9 en ≤1,1 Pos >1,1 |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet bekend |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | plasma gel, lithium heparine, lit hep gel, natrium heparine, EDTA, citraat |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.16 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Parvovirus B19 PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Erythema infectiosum, vijfde ziekte |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Vervolgonderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Leiden University Medical Center Afd. Medische Microbiologie (M116) |

| Pneumocysten PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | jirovecii |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Bronchus |
| Afnamemateriaal | (2) Steriel potje, witte deksel |
| Hoeveelheid | 2-25 ml |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Pneumokokken antigeentest urine | |
|---|---|
| Bepaling | Antigeen |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | Streptokokken, Streptococcus pneumoniae |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Urine |
| Afnamemateriaal | (2) Steriel potje, witte deksel |
| Hoeveelheid | 2-25 ml |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | < 1 dag |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | Niet mogelijk uit boorzuurbuis. |
| Scope element | MM.BID.09 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Pneumokokken antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | streptokokken |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 10 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | Tegen 13 serotypes pneumokokken van type 1, 2, 6A, 6B, 8, 9V, 15B, 17F, 19F, 20, 22F, 23F en 33F |
| Scope element | MI.IMD.06 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Puumala virus antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgM, IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Hantavirus |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.14 |
| Uitvoerend laboratorium | RIVM Centrum IDS Afd. Medische Microbiologie (M288) |

| Quantiferon | |
|---|---|
| Bepaling | Cellulaire activiteit |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | IGRA, Mycobacterium tuberculosis, TBC |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Bloed |
| Afnamemateriaal | Buizenset van 4, op aanvraag bij het KCL |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | Wordt afgenomen en verstuurd door KCL |
| Scope element | MM.IZI.02 |
| Uitvoerend laboratorium | Antoniusziekenhuis Afd. Medische Microbiologie & Immunologie (143) |

| Rabies virus antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Hondsdolheid |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.16 |
| Uitvoerend laboratorium | Erasmus MC Afd. Virologie (M109) |

| Rhinovirus PCR | |
|---|---|
| Bepaling | RNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Verkoudheid |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Bronchus, Keel- en/of nasopharynxuitstrijk, sputum |
| Afnamemateriaal | (2) Steriel potje, witte deksel (bronchus)<br>(5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten (keel)<br>(7) Buis met VTM en 2x losse swab, wattenstok in medium laten zitten (nasopharynx en keel)<br>(1) Steriel potje, rode deksel (sputum) |
| Hoeveelheid | 2-25 ml bronchus, 2-50 ml sputum |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | Als onderdeel van Respiratoir viraal PCR (met Influenzavirus A en B RNA, Hum. metapneumavirus RNA, RSV A en B RNA, Rhinovirus RNA, Adenovirus DNA, Coronavirus NL63/OC43/229E RNA, Enterovirus RNA, Bocavirus DNA, Para-influenzavirus 1,2,3,4 RNA) |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Rickettsiae antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgM, IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Mediterranean spotted fever, fievre boutonneuse, endemische typhus |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | Rickettsiae conorii en Rickettsia typhi |
| Scope element | MM.BID.13 |
| Uitvoerend laboratorium | RIVM Centrum IDS Afd. Medische Microbiologie (M288) |

| Rotavirus PCR | |
|---|---|
| Bepaling | RNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Gastro-enteritis |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Feces |
| Afnamemateriaal | (4) Fecespotje, rode deksel, lepel |
| Hoeveelheid | Potje max 3/4 gevuld |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | Als onderdeel van Feces viraal PCR (met norovirus RNA, adenovirus DNA, rotavirus RNA, astrovirus RNA, sapovirus RNA) |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| RSV A/B PCR | |
|---|---|
| Bepaling | RNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Respiratoir syncytieel virus |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Bronchus, Keel- en/of nasopharynxuitstrijk, sputum |
| Afnamemateriaal | (2) Steriel potje, witte deksel (bronchus)<br>(5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten (keel)<br>(7) Buis met VTM en 2x losse swab, wattenstok in medium laten zitten (nasopharynx en keel)<br>(1) Steriel potje, rode deksel (sputum) |
| Hoeveelheid | 2-25 ml bronchus, 2-50 ml sputum |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | Als onderdeel van Respiratoir viraal PCR (met Influenzavirus A en B RNA, Hum. metapneumavirus RNA, RSV A en B RNA, Rhinovirus RNA, Adenovirus DNA, Coronavirus NL63/OC43/229E RNA, Enterovirus RNA, Bocavirus DNA, Para-influenzavirus 1,2,3,4 RNA) |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| RS-virus PCR | |
|---|---|
| Bepaling | RNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Respiratoir Syncytieel virus, RSV |
| Methode | Geautomatiseerd |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Keel- en/of nasopharynxuitstrijk |
| Afnamemateriaal | (7) Buis met VTM en 2x losse swab, wattenstok in medium laten zitten (nasopharynx en keel) |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | < 1 dag |
| Eenheid | Kwalitatief |
| Interpretatie | N.v.t. |
| Aanvraag pakket | Als onderdeel van respiratoir viraal PCR (met SARS-CoV-2 PCR, RS-virus PCR en Influenza-PCR) |
| Interferenties | Niet bekend |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet bekend |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Rubella antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Rode hond, derde ziekte |
| Methode | Geautomatiseerd |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | IU/ml |
| Interpretatie | Neg <10 Pos ≥10 |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Hemoglobine vanaf 500 mg/dL, triglyceride vanaf 1000 mg/dL, geconjugeerd bilirubine vanaf 60 mg/dL, ongeconjugeerd bilirubine vanaf 40 mg/dL, eiwit tot 3 en vanaf 12 g/dL. Andere resultaat beïnvloedende factoren: Significant verhoogd totaal IgG en toeneme |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | plasma gel, lithium heparine, lit hep gel, natrium heparine, EDTA |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.16 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Rubella antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgM |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Rode hond, derde ziekte |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 2-4 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.16 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Rubella PCR | |
|---|---|
| Bepaling | RNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Rode hond, derde ziekte |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Keel, urine |
| Afnamemateriaal | (5) ∑-transwab met paarse dop (keel)<br>(2) Steriel potje, witte deksel of (9) Boorzuurbuis (urine) |
| Hoeveelheid | 0,5-25 ml urine |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08, MM.VID.09 |
| Uitvoerend laboratorium | Erasmus MC Afd. Virologie (M109) |

| Salmonella spp en Shigella typering | |
|---|---|
| Bepaling | Serotypering |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Vervolgonderzoek |
| Materiaal | Isolaat |
| Afnamemateriaal | N.v.t. |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | N.v.t. |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.PRE.01, MM.BTP.01, MM.BTP.02 |
| Uitvoerend laboratorium | RIVM Centrum IDS Afd. Medische Microbiologie (M288) |

| Salmonella spp, Shigella, Yersinia typering | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Vervolgonderzoek |
| Materiaal | Isolaat |
| Afnamemateriaal | N.v.t. |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | N.v.t. |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.04, MM.BID.05 |
| Uitvoerend laboratorium | RIVM Centrum IDS Afd. Medische Microbiologie (M288) |

| Sapovirus PCR | |
|---|---|
| Bepaling | RNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Gastro-enteritis |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Feces |
| Afnamemateriaal | (4) Fecespotje, rode deksel, lepel |
| Hoeveelheid | Potje max 3/4 gevuld |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | Als onderdeel van Feces viraal PCR (met norovirus RNA, adenovirus DNA, rotavirus RNA, astrovirus RNA, sapovirus RNA) |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| SARS-CoV-2 antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgT |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Coronavirus, COVID-19 |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.16 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| SARS-CoV-2 PCR | |
|---|---|
| Bepaling | RNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Coronavirus, COVID-19 |
| Methode | Geautomatiseerd |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Keel- en/of nasopharynxuitstrijk, bronchus, sputum |
| Afnamemateriaal | (7) Buis met VTM en 2x losse swab, wattenstok in medium laten zitten (nasopharynx en keel) |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | < 1 dag |
| Eenheid | Kwalitatief |
| Interpretatie | N.v.t. |
| Aanvraag pakket | Als onderdeel van respiratoir viraal PCR (met SARS-CoV-2 PCR, RS-virus PCR en Influenza-PCR) |
| Interferenties | Niet bekend |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet bekend |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | CITO i.o.m. arts-microbioloog |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Schimmel determinatie en gevoeligheid | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Mycologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Vervolgonderzoek |
| Materiaal | Isolaat |
| Afnamemateriaal | N.v.t. |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | N.v.t. |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.MID.01, MM.MID.02, MM.MID.03, MM.MID.04, MM.MID.06, MM.MRS.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Universitair Medisch Centrum Nijmegen Afd. Medische Microbiologie (M135) |

| Schistosoma antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgM (worm), IgG (ei) |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Bilharzia, haematobium, cercariën |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | bij positief resultaat wordt aanvullen een Circulating Anodic Antigen test uitgevoerd |
| Scope element | MM.PAR.10, MM.PAR.12 |
| Uitvoerend laboratorium | Leiden University Medical Center Afd. Medische Microbiologie (M116) |

| Schistosoma PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Bilharzia, haematobium, cercariën |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Feces, urine |
| Afnamemateriaal | (4) Fecespotje, rode deksel, lepel<br>(2) Steriel potje, witte deksel of (9) Boorzuurbuis (urine) |
| Hoeveelheid | Potje max 3/4 gevuld met feces, 0,5-25 ml urine |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.PAR.06 |
| Uitvoerend laboratorium | Leiden University Medical Center Afd. Medische Microbiologie (M116) |

| SDD-kweek | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | Selectieve darmdecontaminatie |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Sputum, keel, rectum (opnamekweken)<br>Keel, rectum (screeningskweken) |
| Afnamemateriaal | (1) Steriel potje, rode deksel (sputum)<br>(5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten (keel, rectum) |
| Hoeveelheid | 2-25 ml sputum |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 2-5 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| SOA PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae |
| Methode | Geautomatiseerd |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Genitaaluitstrijk (man of vrouw), rectum, keel, urine |
| Afnamemateriaal | (5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten (genitaaluitstrijk, rectum, keel)<br>(2) Steriel potje, witte deksel of (9) Boorzuurbuis (urine) |
| Hoeveelheid | 4 ml urine |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 48 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Kwalitatief |
| Interpretatie | N.v.t. |
| Aanvraag pakket | |
| Interferenties | Niet bekend |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | CT en GO zijn ook los aan te vragen. |
| Scope element | MM.BID.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| SOA PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | oog |
| Afnamemateriaal | (6) ∑-transwab met oranje dop, wattenstok in medium laten zitten (oog) |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 48 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | Ook als onderdeel van SOA PCR (met Chlamydia trachomatis DNA, Neisseria gonorrhoeae DNA) |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Stafylokokkenkweek | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | Staphylococcus aureus |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | keel, neus, rectum, perineum |
| Afnamemateriaal | (5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 2-5 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Staphylococcus aureus toxine | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Vervolgonderzoek |
| Materiaal | Isolaat |
| Afnamemateriaal | N.v.t. |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | N.v.t. |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Maasstad Ziekenhuis Laboratorium Medische Microbiologie (M243) |

| Strongyloides antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | stercoralis |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.PAR.12 |
| Uitvoerend laboratorium | Leiden University Medical Center Afd. Medische Microbiologie (M116) |

| Strongyloides PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | stercoralis |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Feces |
| Afnamemateriaal | (4) Fecespotje, rode deksel, lepel |
| Hoeveelheid | Potje max 3/4 gevuld |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.PAR.06 |
| Uitvoerend laboratorium | Leiden University Medical Center Afd. Medische Microbiologie (M116) |

| TB auramine | |
|---|---|
| Bepaling | Microscopie |
| Specialisme | Parasitologie |
| Zoekwoorden | Mycobacterium tuberculosis, TBC |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Biopt, bronchus, liquor, pleuravocht, punctaat, sputum, urine |
| Afnamemateriaal | (1) Steriel potje, rode deksel (biopt: met steriel fysiologisch zout (niet in een gaasje!), punctaat, sputum)<br>(2) Steriel potje, witte deksel (bronchus, pleuravocht)<br>(8) Steriele liquorbuis<br>(20) Spuit, afgedopt zonder naald (punctaat)<br>(9) Boorzuurbuis (ur |
| Hoeveelheid | 2-25 ml bronchus, pleuravocht, punctaat, sputum. 0,5-10 ml liquor. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur. Liquor rechtop bewaren en vervoeren. |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.MBI.02 |
| Uitvoerend laboratorium | Erasmus MC Afd. Medische Microbiologie en Infectieziekten (M132) |

| TB kweek | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | Mycobacterium tuberculosis, TBC, Non-tuberculeuze Mycobacteriën |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Vervolgonderzoek |
| Materiaal | Biopt, bronchus, liquor, pleuravocht, punctaat, sputum, urine, bloed, beenmerg |
| Afnamemateriaal | (1) Steriel potje, rode deksel (biopt: met steriel fysiologisch zout (niet in een gaasje!), punctaat, sputum)<br>(2) Steriel potje, witte deksel (bronchus, pleuravocht, urine)<br>(8) Steriele liquorbuis<br>(20) Spuit, afgedopt zonder naald (punctaat)<br>(15) TB-kweek |
| Hoeveelheid | 2-25 ml bronchus, pleuravocht, punctaat, sputum. 0,5-10 ml liquor. 3 potjes van 15 ml ochtendurine. 3 TB bloedkweek flesjes 1-5ml |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur. Liquor rechtop bewaren en vervoeren. Voor bloed, beenmerg: kamertemperatuur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 3-16 weken |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Als alternatief voor sputum kan ook nuchtere maaginhoud ingeleverd worden. |
| Opmerkingen | Overleg met de arts microbioloog over de tijdsinterval tussen de 3 bloedafnames en 3 urine afnames |
| Scope element | MM.MBI.01, MM.MBI.02, MM.MBI.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Erasmus MC Afd. Medische Microbiologie en Infectieziekten (M132) |

| TB PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Mycobacterium tuberculosis, TBC, Non-tuberculeuze Mycobacteriën |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Sputum, biopt, bronchus, liquor, pleuravocht, punctaat, beenmerg |
| Afnamemateriaal | (1) Steriel potje, rode deksel met steriel fysiologisch zout bij een biopt (niet in een gaasje!) (sputum/biopt)<br>(2) Steriel potje, witte deksel (bronchus, pleuravocht, punctaat)<br>(20) Spuit, afgedopt zonder naald (punctaat)<br>(8) Steriele liquorbuis<br>Lithium |
| Hoeveelheid | 2-50 ml sputum, 2-25 ml bronchus/pleuravocht/punctaat, 1-10 ml liquor, 1-5ml beenmerg |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur. Liquor rechtop bewaren en vervoeren. |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Als alternatief voor sputum kan ook nuchtere maaginhoud ingeleverd worden. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.04, MM.MBI.06 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| TBE antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgM, IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Tekenencefalitis |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.16 |
| Uitvoerend laboratorium | RIVM Centrum IDS Afd. Medische Microbiologie (M288) |

| Toxocara antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Hondenspoelworm |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.13 |
| Uitvoerend laboratorium | RIVM Centrum IDS Afd. Medische Microbiologie (M288) |

| Toxoplasma antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgM, IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Protozoa, toxoplasmose, gondii |
| Methode | Geautomatiseerd |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | ratio, IU/ml |
| Interpretatie | IgM: Neg <0,9 Dub ≥0,9 en <1,0 Pos ≥1,0 IgG: Neg <6,4 Dub ≥6,4 en <10 Pos ≥10 |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Hemoglobine vanaf 500 mg/dL, triglyceride vanaf 1000 mg/dL, geconjugeerd bilirubine vanaf 40 mg/dL, ongeconjugeerd bilirubine vanaf 20 mg/dL, eiwit tot 3 en vanaf 12 g/dL, bloedtransfusie in de laatste maanden met betreffende antistoffen. Andere resultaat |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | plasma gel, lithium heparine, lit hep gel, natrium heparine, EDTA |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.PAR.12 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Toxoplasma aviditeit | |
|---|---|
| Bepaling | IgG-aviditeitstest |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Protozoa, toxoplasmose, gondii |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Vervolgonderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | Uitvoeren indien IgM pos. Geeft indicatie van het tijdstip van de infectie. |
| Scope element | MM.PAR.11 |
| Uitvoerend laboratorium | Universitair Medisch Centrum Utrecht Afd. Medische Microbiologie (M208) |

| Toxoplasma PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Protozoa, toxoplasmose, gondii |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Genitaaluitstrijk, Liquor |
| Afnamemateriaal | (5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten (genitaaluitstrijk)<br>(8) Steriele Liquorbuis |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 48 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.PAR.06 |
| Uitvoerend laboratorium | Erasmus MC Afd. Medische Microbiologie en Infectieziekten (M132) |

| Trichinella antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | Antistoffen |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Rondworm, spiralis |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.13 |
| Uitvoerend laboratorium | RIVM Centrum IDS Afd. Medische Microbiologie (M288) |

| Trichomonas vaginalis PCR | |
|---|---|
| Bepaling | RNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Genitaaluitstrijk (man of vrouw), urine |
| Afnamemateriaal | (5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten (genitaaluitstrijk)<br>(2) Steriel potje, witte deksel of (9) Boorzuurbuis (urine) |
| Hoeveelheid | 5 ml urine |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 48 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Trypanosoma antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Protozoa, Afrikaanse trypanosomiasis, slaapziekte, ziekte van Chagas, brucei, cruzei |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | Antistoffen op species niveau |
| Scope element | Competentieverklaring |
| Uitvoerend laboratorium | Academisch Medisch Centrum Afd. Medische Microbiologie (M178) |

| Ureaplasma species PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | parvum, urealyticum |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Genitaaluitstrijk (man of vrouw), urine |
| Afnamemateriaal | (5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten (genitaaluitstrijk)<br>(2) Steriel potje, witte deksel of (9) Boorzuurbuis (urine) |
| Hoeveelheid | 0,5-25 ml urine |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 48 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Maasstad Ziekenhuis Laboratorium Medische Microbiologie (M243) |

| Vibrio kweek | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | V. vulnificus, V. parahaemolyticus en V. cholerae |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Feces |
| Afnamemateriaal | (4) Fecespotje, rode deksel, lepel |
| Hoeveelheid | Potje max 3/4 gevuld |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.02, MM.BID.06, MM.BID.07. MM.BID.08, MM.BTP.01 |
| Uitvoerend laboratorium | Stichting Certe Medische Diagnostiek en Advies (M192) |

| VRE-kweek | |
|---|---|
| Bepaling | Identificatie en eventueel resistentie |
| Specialisme | Bacteriologie |
| Zoekwoorden | Vancomycine-resistente enterokok, Enterococcus |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Anus, rectum |
| Afnamemateriaal | (5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 5-7 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.02, MM.BID.03, MM.BID.06, MM.BID.07, MM.BID.08, MM.BRS.04, MM.BRS.05 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| VZV antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Varicella zoster Virus, waterpokken, gordelroos |
| Methode | Geautomatiseerd |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | ratio |
| Interpretatie | Neg <0,9 Dub ≥0,9 en ≤1,1 Pos >1,1 |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet bekend |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | plasma gel, lithium heparine, lit hep gel, natrium heparine, EDTA, citraat |
| Opmerkingen | CITO i.o.m. arts-microbioloog |
| Scope element | MM.VID.16 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| VZV PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Varicella zoster Virus, waterpokken, gordelroos |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Liquor, blaasjes, genitaaluitstrijk (man of vrouw), monduitstrijk |
| Afnamemateriaal | (8) Steriele liquorbuis<br>(5) ∑-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten (blaasjes, genitaal- en monduitstrijk) |
| Hoeveelheid | 1-10 ml |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur. Liquor rechtop bewaren en vervoeren. |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | Als onderdeel van HSV/VZV PCR of virusonderzoek liquor PCR (met enterovirus RNA, parechovirus RNA, Herpes simplex DNA, Varicella zoster DNA) |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| VZV PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Varicella zoster Virus, waterpokken, gordelroos |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Ooguitstrijk |
| Afnamemateriaal | (6) ∑-transwab met oranje dop, wattenstok in medium laten zitten |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | 1-5 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | Als onderdeel van HSV/VZV/adenovirus PCR |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum (M087) |

| Whipple antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | Antistoffen |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Tropheryma whippleii, Intestinale lipodystrofie, ziekte van Whipple |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | Competentieverklaring |
| Uitvoerend laboratorium | Academisch Medisch Centrum Afd. Medische Microbiologie (M178) |

| Whipple PCR | |
|---|---|
| Bepaling | DNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Tropheryma whipplei, Intestinale lipodystrofie, ziekte van Whipple |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Biopt, plasma, liquor, feces en speeksel |
| Afnamemateriaal | (1) Steriel potje, rode deksel met steriel fysiologisch zout (niet in een gaasje!) (biopt)<br>(11) EDTA buis, paarse dop (plasma)<br>(8) Steriele liquorbuis (liquor)<br>(2) Steriel potje, witte deksel (speeksel)<br>(4) fecespotje, rode deksel, lepel |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed, 0,5-10 ml liquor |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 10 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | |
| Uitvoerend laboratorium | Erasmus MC Afd. Medische Microbiologie en Infectieziekten (M132) |

| Worm of wormdelen | |
|---|---|
| Bepaling | Microscopie |
| Specialisme | Parasitologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Parasiet |
| Afnamemateriaal | (4) Fecespotje, rode deksel, lepel (1) Steriel potje, rode deksel (2) Steriel potje, witte deksel |
| Hoeveelheid | N.v.t. |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 72 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 2-7 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.PAR.01, MM.PAR.02 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Wormeieren | |
|---|---|
| Bepaling | Microscopie |
| Specialisme | Parasitologie |
| Zoekwoorden | |
| Methode | Handmatig |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Feces |
| Afnamemateriaal | (4) Fecespotje, rode deksel, lepel |
| Hoeveelheid | Potje max 3/4 gevuld |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 72 uur |
| Frequentie | Dagelijks |
| Doorlooptijd | 2-7 dagen |
| Eenheid | - |
| Interpretatie | - |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Niet aangetoond |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Niet aangetoond |
| Mogelijk ander materiaal | N.v.t. |
| Opmerkingen | Alleen bij specifieke klinische gegevens:<br>Personen die migrant* zijn, met klachten van diarree en/of buikpijn gedurende ≥10 dgn.<br>Of<br>Personen met onbegrepen eosinofilie en/of levertestafwijkingen, huidafwijkingen als larva currens en/of jeuk. |
| Scope element | MM.PAR.02, MM.PAR.04 |
| Uitvoerend laboratorium | Groene Hart Ziekenhuis Afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie (M235) |

| Yersinia antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgA, IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Enterobacteriaceae |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 10 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.BID.13 |
| Uitvoerend laboratorium | Universitair Medisch Centrum Nijmegen Afd. Medische Microbiologie (M135) |

| Zikavirus antistoffen | |
|---|---|
| Bepaling | IgM, IgG |
| Specialisme | Serologie |
| Zoekwoorden | Flavivirus |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Serum |
| Afnamemateriaal | (10) Stolbuis, gele dop |
| Hoeveelheid | 10 ml bloed |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.16 |
| Uitvoerend laboratorium | Erasmus MC Afd. Virologie (M109) |

| Zikavirus PCR | |
|---|---|
| Bepaling | RNA |
| Specialisme | Moleculaire diagnostiek |
| Zoekwoorden | Flavivirus |
| Methode | Uitbesteed aan extern laboratorium |
| Type onderzoek | Primair onderzoek |
| Materiaal | Plasma |
| Afnamemateriaal | (11) EDTA buis, paarse dop |
| Hoeveelheid | 10 ml (bloed) |
| Bewaarcondities | 2-8 °C, max 24 uur |
| Frequentie | Dagelijks verstuurd |
| Doorlooptijd | Tot 14 dagen |
| Eenheid | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Interpretatie | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Aanvraag pakket | N.v.t. |
| Interferenties | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Kruisreactie met andere verwekkers | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Mogelijk ander materiaal | Zie de website van het uitvoerend laboratorium voor deze gegevens |
| Opmerkingen | |
| Scope element | MM.VID.08 |
| Uitvoerend laboratorium | Erasmus MC Afd. Virologie (M109) |