

Prevena VAC-therapie

Inleiding

Uw arts of verpleegkundig specialist heeft in overleg met u besloten om uw wond te behandelen met Prevena VAC-therapie. VAC is een afkorting voor *Vacuüm Assisted Closure*, wat staat voor 'vacuümgeassisteerde wondbehandeling'. Bij VAC-therapie wordt gebruik gemaakt van een nauwkeurig instelbare onderdruk (vacuüm), waardoor de wondgenezing versneld wordt. Dit wordt ook wel 'negativedruktherapie' genoemd. Deze folder geeft algemene informatie over VAC-therapie met behulp van een Prevena-pleister. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie bij iedereen anders kan zijn.

Wat is Prevena™?

Prevena is een negatieve drukpleister die na de operatie op de hechting wordt geplaatst voor een optimale genezing. Daarop wordt de VAC-pomp bevestigd. De pomp maakt een negatieve druk. Er wordt licht aan de huid gezogen.



Afbeelding 1: Weergave van Prevena™ VAC-pomp.

Wat doet Prevena™?

- Incisieranden bij elkaar houden;
- Verbeteren van de doorbloeding;
- Verminderen van zwelling;
- Beschermen tegen bacteriën.

Dragen van de pomp

U kunt de pomp in het zwarte draagtasje over de schouder of diagonaal over de borst met bijgeleverde draagband dragen.

Opladen van de pomp

De pomp heeft een accu waarop de pomp acht tot twaalf uur kan functioneren. Let erop dat u de pomp moet opladen. Doe dit 's nachts en laad de pomp overdag extra op.

Omgaan met de pomp

De pomp moet altijd aan staan, zodat de pomp altijd een negatieve druk maakt. U ziet dat de foam van de Prevena-pleister is samengetrokken en een beetje hard aanvoelt. Wanneer de foam uitgezet is en zacht aanvoelt, is de pomp niet in werking. U mag de pomp niet zelf afkoppelen of zelf aan- of uitzetten.

Douchen

Wees erg voorzichtig met douchen. Hoe vaker de pleister nat wordt, hoe eerder deze loslaat. Zorg er dus voor dat de pleister niet nat wordt. Als u gaat douchen, douche dan licht en kort. De pleister kan tegen waterspatjes, maar niet tegen de waterstraal van de douche. Dep bij het afdrogen de Prevena-pleister voorzichtig droog.

De pomp mag u niet zelf afkoppelen. De pomp zelf is niet waterdicht en mag niet nat worden. Houd deze dus buiten de douche.

Dit heeft u meegekregen van het ziekenhuis:

1. V.A.C. Drape (Folie);
2. 300 ml ActiV.A.C. Canister;

3. Naam en telefoonnummer van de thuiszorg;
4. Oplader van de pomp.

Wat moet u doen als de pomp een alarmgeluid geeft?

Het ziekenhuis heeft ervoor gezorgd dat er thuiszorg voor u is. Als de pomp een alarm geeft, dan belt u de thuiszorg. Wanneer het de thuiszorgverpleegkundige niet lukt om het alarm op te lossen, dan mogen zij contact opnemen met GD Medical op telefoonnummer: (040) 303 10 99. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar. De thuiszorgverpleegkundige wordt dan telefonisch geholpen om de reden van het alarm te achterhalen en het probleem op te lossen.

Wat moet u doen als het de thuiszorgverpleegkundige niet lukt om de oorzaak van het alarm op te lossen?

Kan de thuiszorg de reden van het alarm niet achterhalen/het probleem oplossen? Dan mag u contact opnemen met het Wond Expertise Centrum van het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ), via telefoonnummer: (0182) 50 50 50, doorkiesnummer 3266. Het Wond Expertise Centrum van het GHZ is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur. Buiten kantoor tijden kunt u contact opnemen met de verpleegafdeling Chirurgie op telefoonnummer: (0182) 50 54 20. De thuiszorgverpleegkundige mag de Prevena Dressing niet verwijderen. Dit mag alleen in het ziekenhuis gebeuren.

Wanneer mag ik stoppen met de Prevena™?

De Prevena-pleister moet zeven dagen blijven zitten. Wees er dus zuinig op en ga er zorgvuldig mee om. Verwijder de Prevena-pleister niet zelf. Dit doet de arts of wondconsulent in het ziekenhuis. De pomp levert u in bij het ziekenhuis op afdeling Chirurgie van het GHZ.

Let op: als de pomp een alarm geeft en u krijgt dit niet opgelost, neem dan contact op met het GHZ.

De Prevena Dressing mag niet door u verwijderd worden. Dit mag alleen in het ziekenhuis worden gedaan.

Probeer altijd de reden van het alarm te ontdekken en het probleem op te lossen, zodat de behandeling kan worden afgerond.

Als dit niet lukt, ook niet na assistentie van het Wond Expertise Centrum of de verpleeg-afdeling, moet u naar het ziekenhuis gaan.

Hieronder vindt u de alarmpas ActiV.A.C. bij Prevena™ voor de thuiszorg.

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda

Bleulandweg 10
2803 HH Gouda

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:
(0182) 50 50 50

Colofon

uitgave: Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie: Marketing & Communicatie
september 2022
04.04.185

Alarmenkaart ActiV.A.C. bij Prevena™

| Complicaties/storingen | Advies |
|---|---|
| Onvoldoende of niet vacuüm zijn van het wondgebied. | <ul style="list-style-type: none"> - Controleer of de slangen vrij liggen en de klemmen open staan (twee klemmen). - Controleer of de opvangbeker goed bevestigd is. Oplossing: <i>maak de opvangbeker los en zet deze weer vast. Als dit niet helpt: vervang de opvangbeker met een nieuwe.</i> |
| <p>Lekkage</p> <p>Tip: gebruik voor het afplakken V.A.C. folie en geen andere folies. Deze kunnen te luchtdoorlatend zijn.</p> <p>V.A.C. folie is verkrijgbaar bij de verpleegafdeling van het ziekenhuis.</p> | <p>Lekkage bij de folie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maak, indien nodig, de huid droog. - Plak V.A.C. folie om het lek af te plakken. <p>Lekkage rond de T.R.A.C. Pad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plak het lekje dicht met V.A.C. folie. <p>Lekkage bij de connector (waar de slang van de Canister en de slang van de Prevena Dressing samenkomen):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neem direct contact op met de verpleegafdeling van het ziekenhuis. |
| Opvangbeker vol | <ul style="list-style-type: none"> - Bij de toepassing van Prevena kan er een beetje wondvocht in de opvangbeker komen, maar veel kan dit niet zijn. Als de opvangbeker vol raakt, neem dan direct contact op met de verpleegafdeling in het ziekenhuis. |
| Blokkade | <ul style="list-style-type: none"> - Controleer of de slangen vrij liggen. - Zorg dat er geen knik in de slang zit. - Controleer of de twee klemmen open staan. <p>Als de blokkade blijft aanhouden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vervang de opvangbeker. |
| Therapie inactief: de pomp staat wel aan, maar het vacuüm niet | <ul style="list-style-type: none"> - Start de pomp en controleer of het vacuüm aanstaat. |
| Batterij leeg | <ul style="list-style-type: none"> - Sluit de oplader aan. - Controleer of beide delen van de lader goed met elkaar verbonden zijn. - Controleer de lader op beschadigingen. - Als de oplader kapot is: neem contact op met de verpleegafdeling van het ziekenhuis. - Als de lader beschadigd is, maar wel nog goed werkt, moet deze toch altijd vervangen worden door een andere oplader. Neem contact op met de verpleegafdeling van het ziekenhuis. <p>Voor een nieuwe oplader neemt u contact op met de verpleegafdeling van het ziekenhuis.</p> <p>De accu heeft een werkduur van acht uur. Als de batterij oplaadt is het lampje aan de voorkant oranje. Bij een groen lampje is de accu volledig opgeladen.</p> |